



CARDIOEQUIPO Eletromedicina Comercial Ltda
Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis, São Paulo - SP, 01238-010 Fone:(11)2609-2848
www.cardioequipo.com.br - cardioequipo@cardioequipo.com.br
CNPJ: 47.577.523/0001-69

Certificado de Calibração	Nº : 9094901
----------------------------------	----------------------------

1. Contratante: SERGIO GOLDMAN ASSISTÊNCIA MÉDICA S/S LTDA	CPF/CNPJ: 65.515.751/0001-96
Endereço: ITACEMA, 396 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP	

2. Equipamento sob ensaio:		DESFIBRILADOR		Nº de série :		38385					
Marca:		HELLIGE		Modelo:		DEFIPORT SCP 912		Tipo :		---	

3. Metodo Utilizado:
Conforme solicitado, nosso laboratório realizou calibração no equipamento acima onde foram realizados medições em três pontos (03 ciclos) pré determinados.

4. Padrão Utilizado:					
Padrão:	ANALISADOR DE DESFIBRILADOR	Marca:	Bio-Tek	Modelo : QED-6	Nº de série : 147730
Certificado Nº:	400.17830/22	Data :	21/07/2022		Proxima Calibração: 21/07/2023
Certificador :	Universo Calibração		CNPJ :	34.355.017/0001-83	
Padrão:	Termo - Higrômetro	Marca:	Instrusul	Modelo : INS-1301	Nº de série : IN2015
Certificado Nº:	64820	Data :	15/12/2021		Proxima Calibração: 15/12/2022
Certificador :	Instrusul - Instrumentos de Medição		CNPJ :	08.283.477/0001	

6.Resultados da Calibração de descargas em J (JOULES)										
Item	Unidade	Referência	Leitura 1	Leitura 2	Leitura 3	Média	Incerteza Expandida	Precisão Mínima Segundo Fabricante de até		Situação
1	Joule	50	48,2	48,4	48,7	48,4	0,3	42,5	57,5	Aprovado
2	Joule	100	96,2	98,5	98,7	97,8	1,6	85	115	Aprovado
3	Joule	200	195,3	197,8	198,8	197,3	2,1	170	230	Aprovado
4	Joule	360	354,5	355,4	356	355,3	0,89	306	414	Aprovado

Temperatura °C :	23	Umidade	48	Temperatura °C :	24	Umidade Relativa (%)	49
Data de Calibração :		24/10/2022		Proxima Calibração:		24/10/2023	

Técnico executor

Técnico responsável

FlukeBiomedical 601ProXL ELECTRICAL SAFETY TEST Date: 24/10/22 Time: 17:36

CONTROL#:

DEVICE TYPE:

MANUFACTURER:

SERIAL#:

LOCATION:

PROCEDURE ID:

601PRO#:

9722028

TECHNICIAN:

ANDRE SANTOS

IEC 601-1 Class II, Type BF

MAINS VOLTAGE

L1-Earth : 0.1 V

L2-Earth : 122.3 V

L1-L2 : 122.0 V

CURRENT CONSUMPTION

0.0 A

ENCL. LEAKAGE CUR. [uA]

NORM POL 1 [100]

NO L2 2 [500]

REV POL 1 [100]

NO L2 2 [500]

Comments: APROVADO NO TESTE DE SEG. ELETRICA

UNIT PASSED

CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA.