



# CERTIFICADO DE AFERIÇÃO

Nº: 9183201

| Tipo de serviço |   | Próxima Calibração        | Serviço |      |   |
|-----------------|---|---------------------------|---------|------|---|
| Calibração      | x | 03/11/2022 ATÉ 03/11/2023 | Int.    | Ext. | x |

|                                       |                     |               |                   |         |    |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------|----|
| CLIENTE: HOSPITAL EDMUNDO VASCONCELOS |                     |               |                   |         |    |
| ENDEREÇO: RUA BORGES LAGOA, 1450      |                     | CEP: 04038905 | CIDADE: SÃO PAULO |         | SP |
| CNPJ/CPF: 61.062.212/0001-98          | FONE: (11) 50804133 | CONTATO: ---  |                   | E-MAIL: |    |

| EQUIPAMENTO SOB ENSAIO: ESTEIRA DE ERGOMETRIA |                 |                        |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Marca: INBRAMED                               | Modelo: CLASSIC | Nº. de Série: 48620205 |

| PADRÕES UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO:                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ✓ Tacômetro Digital marca Instrutherm mod. TD-806 Nº de série 994892172.               |  |
| ✓ Certificado de calibração nº: 400.00393/22 de 21/07/2022 com validade até 21/07/2023 |  |
| ✓ CERTIFICADOR: CNCiso Com. de Instrum. de precisão Ltda.                              |  |
| ✓ Inclinômetro Digital nº de série 366846.                                             |  |
| ✓ Certificado de calibração nº 14647/2022C de 21/07/2022 com validade ate 21/07/2023   |  |

| ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO |                         |                       |                   |                    |          |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Ensaio 1: Velocidade                           |                         |                       |                   |                    |          |
| Níveis de Velocidade                           | Comandado pelo Software | Medido pelo tacômetro | Desvio Encontrado | Tolerância ( ± 5%) | Situação |
| 1                                              | 2,5 Km/h                | 2,51 Km/h             | 0,1 %             | ± 0.125            | Aprovado |
| 2                                              | 8,0 Km/h                | 7,98 Km/h             | 0,02 %            | ± 0.4              | Aprovado |
| 3                                              | 16,0 Km/h               | 16,0 Km/h             | 0 %               | ± 0.64             | Aprovado |

| Ensaio 2: Inclinação |                         |                          |                   |                    |          |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Níveis de Inclinação | Comandado pelo Software | Medido pelo Inclinômetro | Desvio Encontrado | Tolerância ( ± 5%) | Situação |
| 1                    | 10%                     | 9,98 %                   | 0,2 %             | ± 0,5 %            | Aprovado |
| 2                    | 15%                     | 15,04 %                  | 0,04 %            | ± 0,75 %           | Aprovado |
| 3                    | 20%                     | 19,98 %                  | 0,02 %            | ± 1,0 %            | Aprovado |

Conclusão do Ensaio: ESTEIRA **APROVADA** NO TESTE DE AFERIÇÃO

| Técnico Executor | Técnico Responsável |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |

CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA.

01238-010 - Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis - São Paulo - SP  
Telefone (011) 2609-7848 - www.cardioequipo.com.br