



Certificado de Calibração	Nº : 9187901
----------------------------------	---------------------

1. Contratante: SERGIO GOLDMAN ASSISTÊNCIA MÉDICA S/S LTDA	CPF/CNPJ: 65.515.751/0001-96
Endereço: ITACEMA, 396 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP	

2. Equipamento sob ensaio:	DEFIBRILADOR	Nº de série :	50525DD800		
Marca:	INSTRAMED	Modelo:	HS01	Tipo :	---

3. Metodo Utilizado:
Conforme solicitado, nosso laboratório realizou calibração no equipamento acima onde foram realizados medições em três pontos (03 ciclos) pré determinados.

4. Padrão Utilizado:							
Padrão:	ANALISADOR DE DEFIBRILADOR	Marca:	Bio-Tek	Modelo :	QED-6	Nº de série :	147730
Certificado Nº:	400.17830/22	Data :	21/07/2022	Proxima Calibração:	21/07/2023		
Certificador :	Universo Calibração		CNPJ :	34.355.017/0001-83			
Padrão:	Termo - Higrômetro	Marca:	Instrusul	Modelo :	INS-1301	Nº de série :	IN2015
Certificado Nº:	64820	Data :	15/12/2021	Proxima Calibração:	15/12/2022		
Certificador :	Instrusul - Instrumentos de Medição		CNPJ :	08.283.477/0001			

6.Resultados da Calibração de descargas em J (Joules)										
Item	Unidade	Referência	Leitura 1	Leitura 2	Leitura 3	Média	Incerteza Expandida	Precisão Mínima Segundo Fabricante de até		Situação
1	Joule	50	48,5	49,4	48,9	48,9	0,6	42,5	57,5	Aprovado
2	Joule	100	96,3	96,4	96,3	96,3	0,2	85	115	Aprovado
3	Joule	200	193,7	192,2	192,5	192,8	0,9	170	230	Aprovado
4	Joule	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Temperatura °C :	20,2	Umidade	44	Temperatura °C :	20,4	Umidade Relativa (%)	44
Data de Calibração :	06/11/2022			Proxima Calibração:	06/11/2023		

Técnico executor

Técnico responsável

