



CERTIFICADO DE AFERIÇÃO

Nº: 9354901

Tipo de serviço		Próxima Calibração	Serviço		
Calibração	x	15/12/2022 ATÉ 15/12/2023	Int.	Ext.	X

CLIENTE: ALBERTO FRANCISCO PICCOLOTTO NACCARATO					
ENDEREÇO: JOSÉ BONIFÁCIO, 2122		CEP: 13092-305	CIDADE: CAMPINAS		SP
CNPJ/CPF: 001.652.558-20	FONE: (19) 3252-1811	CONTATO:		E-MAIL:	

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO: ESTEIRA DE ERGOMETRIA		
Marca: INBRAMED	Modelo: MASTER TOP	Nº. de Série: 69910320

PADRÕES UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO:	
✓ Tacômetro Digital marca Instrutherm mod. TD-806 Nº de série 994892172. ✓ Certificado de calibração nº: 400.00393/22 de 21/07/2022 com validade até 21/07/2023 ✓ CERTIFICADOR: CNCiso Com. de Instrum. de precisão Ltda. ✓ Inclinômetro Digital nº de série 366846. ✓ Certificado de calibração nº 14647/2022C de 21/07/2022 com validade até 21/07/2023	

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO					
Ensaio 1: Velocidade					
Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software	Medido pelo tacômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	2,5 Km/h	2,5 Km/h	0	± 0.125	Aprovado
2	8,0 Km/h	7,97 Km/h	0,03	± 0.4	Aprovado
3	16,0 Km/h	15,91 Km/h	0,09	± 0.64	Aprovado

Ensaio 2: Inclinação					
Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software	Medido pelo Inclinômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	10%	10,15 %	0,15 %	± 0,5 %	Aprovado
2	15%	15,45 %	0,45 %	± 0,75 %	Aprovado
3	20%	20,3 %	0,3 %	± 1,0 %	Aprovado

Conclusão do Ensaio: Esteira aprovada no teste de aferição

Técnico Executor	Técnico Responsável

CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA. 01238-010 - Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis - São Paulo - SP Telefone (011) 2609-7848 - www.cardioequipo.com.br
--