



CERTIFICADO DE AFERIÇÃO

Nº: 9414901

Tipo de serviço		Próxima Calibração	Serviço		
Calibração	X	02/01/2023 ATÉ 02/01/2024	Int.	Ext.	X

CLIENTE: CARDIO HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS					
ENDEREÇO: RUA MONTE SERRAT, 1395		CEP: 03312-001	CIDADE: SÃO PAULO		SP
CNPJ/CPF: 27.300.159/0001-88	FONE: (11) 3031 5690	FONE: (11) 3031 5562	E-MAIL: tricordis.adm@hotmail.com		

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO: ESTEIRA DE ERGOMETRIA		
Marca: INBRAMED	Modelo: MILLENIUM VERSATILLE	Nº. de Série: ---

PADRÕES UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO:	
✓ Tacômetro Digital marca Instrutherm mod. TD-806 Nº de série 994892172. ✓ Certificado de calibração nº: 400.00393/22 de 21/07/2022 com validade até 21/07/2023 ✓ CERTIFICADOR: CNCiso Com. de Instrum. de precisão Ltda. ✓ Inclínômetro Digital nº de série 366846. ✓ Certificado de calibração nº 14647/2022C de 21/07/2022 com validade ate 21/07/2023	

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO					
Ensaio 1: Velocidade					
Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software	Medido pelo tacômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	2,5 Km/h	2,51 Km/h	+ 0,01	± 0.125	Aprovado
2	8,0 Km/h	7,98 Km/h	- 0,02	± 0.4	Aprovado
3	16,0 Km/h	15,88 Km/h	- 0,12	± 0.64	Aprovado

Ensaio 2: Inclinação					
Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software	Medido pelo Inclínômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	10%	9,89 %	0,11 %	± 0,5 %	Aprovado
2	15%	15 %	0 %	± 0,75 %	Aprovado
3	20%	19,92 %	0,08 %	± 1,0 %	Aprovado

Conclusão do Ensaio:	
Técnico Executor	Técnico Responsável

CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA. 01238-010 - Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis - São Paulo - SP Telefone (011) 2609-7848 - www.cardioequipo.com.br
--