



CARDIOEQUIPO Eletromedicina Comercial Ltda
Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis, São Paulo - SP, 01238-010 Fone:(11)2609-2848
www.cardioequipo.com.br - cardioequipo@cardioequipo.com.br
CNPJ: 47.577.523/0001-69

Certificado de Funcionamento	Nº : 9622401
-------------------------------------	---------------------

1. Contratante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CGD	CPF/CNPJ: 26.373.806/0001-19
Endereço: AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO	Bairro: ÁGUA BRANCA CEP: 05001100 SÃO PAULO SP

2. Equipamento sob ensaio:	Desfibrilador Ext. Aut.			Nº de série :	16D00942841
Marca:	HeartSine Samaritan PAD	Modelo:	SAM 350P	Tipo :	N/A

3. Metodo Utilizado:
Conforme solicitado, nosso laboratório realizou os testes no equipamento acima onde foram realizados três medições.

4. Padrão Utilizado:					
Padrão:	ANALISADOR DE DESFIBRILADOR		Marca: Bio-Tek	Modelo : QED-6	Nº de série : 147730
Certificado Nº:	400.17830/22	Data :	21/07/2022		Proxima Calibração: 21/07/2023
Certificador :	Universe Calibração			CNPJ : 34.355.017/0001-83	
Padrão:	Termo - Higrômetro		Marca: Incoterm	Modelo : 613	Nº de série : 301102
Certificado Nº:	14648/2022C	Data :	29/07/2022		Proxima Calibração: 29/07/2023
Certificador :	Instemaq Comercial Técnica LTDA			CNPJ : 50.630.466/0001-49	

6.Resultados da verificação de descargas.					
Item	Unidade	Referência	Leitura 1	Leitura 2	Leitura 3
1	Joule	N/A	142,3	140,3	187,2

7. Teste de Software	
Realizado teste com software Saver EVO do fabricante HeartSine com os seguintes resultados:	
Item	Situação
LED - "PADs", "Posicionamento dos PADs", "Tecla Shock", "Não se Aproxime" e "RCP"	Aprovado
Bibe Audível	Aprovado
Operação das teclas Shock e On/Off	Aprovado

8. Condições Ambientais Iniciais:		Condições Ambientais Finais:					
Temperatura °C :	26,6	Umidade Relativa (%) :	44	Temperatura °C :	26,7	Umidade Relativa (%)	44
Data do Ensaio: 03/03/2023		Data de Emissão: 03/03/2023					

Observações:
Configurações: Volume do alto-falante "alto" / Metrônomo "ativo" / Sequência de Energia "150j, 150j, 200j" / Software 4.0.4
Validade dos PADs: **01 de Setembro de 2024**

Técnico executor

Técnico responsável