



CERTIFICADO DE AFERIÇÃO

Nº: 9715201

Tipo de serviço		Próxima Calibração	Serviço		
Calibração	x	28/03/2023 ATÉ 28/03/2024	Int.	Ext.	x

CLIENTE: SERGIO LUÍZ POLYDORO					
ENDEREÇO: BERNARDO JOSÉ SAMPAIO, 339			CEP: 13020-450	CIDADE: CAMPINAS	SP
CNPJ/CPF: 048.830.198-02	FONE: (11) 3326-2021	CONTATO: (19) 99250-8258	E-MAIL: ---		

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO: ESTEIRA DE ERGOMETRIA		
Marca: INBRAMED	Modelo: ATL	Nº. de Série: 4160.04.01

PADRÕES UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO:
✓ Tacômetro Digital marca Instrutherm mod. TD-806 Nº de série 994892172.
✓ Certificado de calibração nº: 400.00393/22 de 21/07/2022 com validade até 21/07/2023
✓ CERTIFICADOR: CNCiso Com. de Instrum. de precisão Ltda.
✓ Inclinômetro Digital nº de série 366846.
✓ Certificado de calibração nº 14647/2022C de 21/07/2022 com validade ate 21/07/2023

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO

Ensaio 1: Velocidade

Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software	Medido pelo tacômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	2,5 Km/h	2,51 Km/h	0,1	± 0.125	Aprovado
2	8,0 Km/h	8,1 Km/h	0,1	± 0.4	Aprovado
3	16,0 Km/h	15,9 Km/h	0,1	± 0.64	Aprovado

Ensaio 2: Inclinação

Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software	Medido pelo Inclinômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	10%	10,3 %	0,3 %	± 0,5 %	Aprovado
2	15%	15,5 %	0,5 %	± 0,75 %	Aprovado
3	20%	19,7 %	0,3 %	± 1,0 %	Aprovado

Conclusão do Ensaio: O equipamento foi considerado **APROVADO após os testes.**

Técnico Executor:	Técnico Responsável:
--------------------------	-----------------------------