



CERTIFICADO DE AFERIÇÃO

Nº: 9856501

Tipo de serviço		Próxima Calibração	Serviço		
Calibração	x	05/05/2023 ATÉ 05/05/2024	Int.	Ext.	x

CLIENTE: CLÍNICA DE CARDIOLOGIA – COTA PACHECO LTDA					
ENDEREÇO: AVENIDA BRAZ DE PINA, 544		CEP: 08730-020	CIDADE: MOGI DAS CRUZES		SP
CNPJ/CPF: 45.991.577/0001-40		FONE: (11) 4727 7600	CONTATO: (11) 4721 6364		E-MAIL: ---

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO: ESTEIRA DE ERGOMETRIA		
Marca: INBRAMED	Modelo: ---	Nº. de Série: 4660.10.03

PADRÕES UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO:	
✓ Tacômetro Digital marca Instrutherm mod. TD-806 Nº de série 994892172.	
✓ Certificado de calibração nº: 400.00393/22 de 21/07/2022 com validade até 21/07/2023	
✓ CERTIFICADOR: CNCiso Com. de Instrum. de precisão Ltda.	
✓ Inclinômetro Digital nº de série 366846.	
✓ Certificado de calibração nº 14647/2022C de 21/07/2022 com validade ate 21/07/2023	

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO					
Ensaio 1: Velocidade					
Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software	Medido pelo tacômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	2,5 Km/h	2,495 Km/h	0,05	± 0.125	Aprovado
2	8,0 Km/h	7,988 Km/h	0,12	± 0.4	Aprovado
3	16,0 Km/h	16,01 Km/h	0,01	± 0.64	Aprovado

Ensaio 2: Inclinação					
Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software	Medido pelo Inclinômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	10%	10,25 %	0,25	± 0,5 %	Aprovado
2	15%	15,02 %	0,02	± 0,75 %	Aprovado
3	20%	19,97 %	0,03	± 1,0 %	Aprovado

Conclusão do Ensaio: Equipamento considerado APROVADO após teste de calibração.	
Técnico Executor	Técnico Responsável

CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA. 01238-010 - Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis - São Paulo - SP Telefone (011) 2609-7848 - www.cardioequipo.com.br	
--	--