



CERTIFICADO DE AFERIÇÃO

Nº: 9666901

Tipo de serviço		Próxima Calibração	Serviço		
Calibração	X	13/03/2023 ATÉ 13/03/2024	Int.	Ext.	X

CLIENTE: M & S SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES					
ENDEREÇO: RUA PADRE MANOEL DE PAIVA, 42		CEP: 09070-230		CIDADE: SANTO ANDRÉ	SP
CNPJ/CPF: 73.701.369/0001-03		FONE: (11) 99115-3397	CONTATO: (11) 4126-3200	E-MAIL: ---	

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO: ESTEIRA DE ERGOMETRIA		
Marca: INBRAMED	Modelo: MASTER TOP	Nº. de Série: 6914.07.19

PADRÕES UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO:	
✓ Tacômetro Digital marca Instrutherm mod. TD-806 Nº de série 994892172. ✓ Certificado de calibração nº: 400.00393/22 de 21/07/2022 com validade até 21/07/2023 ✓ CERTIFICADOR: CNCiso Com. de Instrum. de precisão Ltda. ✓ Inclínômetro Digital nº de série 366846. ✓ Certificado de calibração nº 14647/2022C de 21/07/2022 com validade ate 21/07/2023	

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO					
Ensaio 1: Velocidade					
Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software	Medido pelo tacômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	2,5 Km/h	2,52 Km/h	0,02	± 0.125	Aprovado
2	8,0 Km/h	8,04 Km/h	0.04	± 0.4	Aprovado
3	16,0 Km/h	15,99 Km/h	0.01	± 0.64	Aprovado

Ensaio 2: Inclinação					
Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software	Medido pelo Inclínômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	10%	10,23 %	0,23 %	± 0,5 %	Aprovado
2	15%	15,66 %	0,66 %	± 0,75 %	Aprovado
3	20%	20 %	0 %	± 1,0 %	Aprovado

Conclusão do Ensaio: O equipamento foi considerado APROVADO após os testes realizados.

Técnico Executor:	Técnico Responsável:
-------------------	----------------------

CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA. 01238-010 - Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis - São Paulo - SP Telefone (011) 2609-7848 - www.cardioequipo.com.br
--