



CERTIFICADO DE AFERIÇÃO

Nº: 9783201

Tipo de serviço		Próxima Calibração	Serviço		
Calibração	x	13/04/2023 ATÉ 13/04/2024	Int.	Ext.	X

CLIENTE: CRYA CLÍNICA RADIOL. YEOCHUA AVRITCHIR LTDA					
ENDEREÇO: MARQUES DE ITU – LADO IMPAR. 663		CEP: 01223 001	CIDADE: SÃO PAULO		SP
CNPJ/CPF: 49.324.056/0001-90	FONE: (11) 3352 1345	CONTATO: ---	E-MAIL: ---		

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO: ESTEIRA DE ERGOMETRIA		
Marca: INBRAMED	Modelo: MILLENIUM CLASSIC	Nº. de Série: 5332.02.07

PADRÕES UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO:	
✓ Tacômetro Digital marca Instrutherm mod. TD-806 Nº de série 994892172.	
✓ Certificado de calibração nº: 400.00393/22 de 21/07/2022 com validade até 21/07/2023	
✓ CERTIFICADOR: CNCiso Com. de Instrum. de precisão Ltda.	
✓ Inclinômetro Digital nº de série 366846.	
✓ Certificado de calibração nº 14647/2022C de 21/07/2022 com validade ate 21/07/2023	

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO					
Ensaio 1: Velocidade					
Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software	Medido pelo tacômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	2,5 Km/h	2,4 Km/h	0,1	± 0.125	Aprovado
2	8,0 Km/h	7,95 Km/h	0,05	± 0.4	Aprovado
3	16,0 Km/h	15,88 Km/h	0,12	± 0.64	Aprovado

Ensaio 2: Inclinação					
Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software	Medido pelo Inclinômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	10%	9,7 %	0,3	± 0,5 %	Aprovado
2	15%	14,6 %	0,4	± 0,75 %	Aprovado
3	20%	20,01 %	0,01	± 1,0 %	Aprovado

Conclusão do Ensaio: Equipamento aprovado no teste de calibração

Técnico Executor	Técnico Responsável

CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA.

01238-010 - Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis - São Paulo - SP
Telefone (011) 2609-7848 - www.cardioequipo.com.br