



CARDIOEQUIPO Eletromedicina Comercial Ltda
Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis, São Paulo - SP, 01238-010 Fone:(11)2609-2848
www.cardioequipo.com.br - cardioequipo@cardioequipo.com.br
CNPJ: 47.577.523/0001-69

Certificado de Funcionamento	Nº : 9941201
-------------------------------------	---------------------

1. Contratante: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	CPF/CNPJ: 62.500.855/0001-39
Endereço: ÁLVARES PENTEADO,151	Bairro: CENTRO CEP: 01012905 SÃO PAULO SP

2. Equipamento sob ensaio: Desfibrilador Ext. Aut.	Nº de série : 12C00403222	
Marca: HeartSine Samaritan PAD	Modelo: SAM 300P	Tipo : N/A

3. Metodo Utilizado:
Conforme solicitado, nosso laboratório realizou os testes no equipamento acima onde foram realizados três medições.

4. Padrão Utilizado:			
Padrão: ANALISADOR DE DESFIBRILADOR	Marca: Bio-Tek	Modelo : QED-6	Nº de série : 147730
Certificado Nº: 400.17830/22	Data : 21/07/2022	Proxima Calibração: 21/07/2023	
Certificador : Universo Calibração	CNPJ : 34.355.017/0001-83		
Padrão: Termo - Higrômetro	Marca: Incoterm	Modelo : 613	Nº de série : 301102
Certificado Nº: 14648/2022C	Data : 29/07/2022	Proxima Calibração: 29/07/2023	
Certificador : Instemaq Comercial Técnica LTDA	CNPJ : 50.630.466/0001-49		

6.Resultados da verificação de descargas.					
Item	Unidade	Referência	Leitura 1	Leitura 2	Leitura 3
1	Joule	N/A	147,3	145,9	195,5

7. Teste de Software Realizado teste com software Saver EVO do fabricante HeartSine com os seguintes resultados:	
Item	Situação
LED - "PADs", "Posicionamento dos PADs", "Tecla Shock", "Não se Aproxime" e "RCP"	Aprovado
Bibe Audível	Aprovado
Operação das teclas Shock e On/Off	Aprovado

8. Condições Ambientais Iniciais:		Condições Ambientais Finais:					
Temperatura °C :	21,5	Umidade Relativa (%) :	41	Temperatura °C :	21,6	Umidade Relativa (%) :	41
Data do Ensaio: 30/05/2023		Data de Emissão: 30/05/2023					

Observações:
Configurações: Volume do alto-falante "alto" / Metrônomo "ativo" / Sequência de Energia "150j, 150j, 200j" / Software 3.2.2
Validade dos PADs: **2021-05-01**

Técnico executor

Técnico responsável