



CERTIFICADO DE AFERIÇÃO

Nº: 10031601

Tipo de serviço		Próxima Calibração	Serviço		
Calibração	x	29/06/2023 ATÉ 29/06/2024	Int.	Ext.	x

CLIENTE: RBL SERVIÇOS MEDICOS LDTA -ME					
ENDEREÇO: RUA PROFESSORA LEONOR DE OLIVEIRA MELO,172		CEP: 08730140	CIDADE: MOGI DAS CRUZES	SP	
CNPJ/CPF: 09.529.287/0001-16		FONE: (11)2312-1950	CONTATO:(11)2312-1950	BAIRRO:JARDIM SANTISTA	

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO: ESTEIRA DE ERGOMETRIA		
Marca: INBRAMED	Modelo: KT 10.200	Nº. de Série: 3503.09.98

PADRÕES UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO:	
✓ Tacômetro Digital marca Instrutherm mod. TD-806 Nº de série 994892172.	
✓ Certificado de calibração nº: 400.00393/22 de 21/07/2022 com validade até 21/07/2023	
✓ CERTIFICADOR: CNCiso Com. de Instrum. de precisão Ltda.	
✓ Inclínômetro Digital nº de série 366846.	
✓ Certificado de calibração nº 14647/2022C de 21/07/2022 com validade ate 21/07/2023	

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO					
Ensaio 1: Velocidade					
Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software	Medido pelo tacômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	2,5 Km/h	2,4Km/h	0,1	± 0.125	APROVADO
2	8,0 Km/h	7,8 Km/h	0,2	± 0.4	APROVADO
3	16,0 Km/h	15,5 Km/h	0,5	± 0.64	APROVADO

Ensaio 2: Inclinação					
Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software	Medido pelo Inclínômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	10%	9,6	0,4	± 0,5 %	APROVADO
2	15%	14,9	0,1	± 0,75 %	APROVADO
3	20%	19,7	0,3	± 1,0 %	APROVADO

Conclusão do Ensaio:	
	Técnico Responsável

CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA. 01238-010 - Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis - São Paulo - SP Telefone (011) 2609-7848 - www.cardioequipo.com.br	
--	--