



CERTIFICADO DE AFERIÇÃO

Nº: 6941001

Tipo de serviço		Próxima Calibração	Serviço		
Calibração	x	29/06/2023 ATÉ 29/06/2024	Int.	x	Ext.

CLIENTE: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA					
ENDEREÇO: JOÃO PEDRO LUNA, 54		CEP: 08253495	CIDADE: SÃO PAULO		SP
CNPJ/CPF: 070.815.368-24	FONE: ---	CONTATO: (11) 98841 6302	E-MAIL: carlosalmeida2254@gmail.com		

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO: ESTEIRA DE ERGOMETRIA		
Marca: INBRAMED	Modelo: ATL	Nº. de Série: 1128578

PADRÕES UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO:	
✓ Tacômetro Digital marca Instrutherm mod. TD-806 Nº de série 994892172. ✓ Certificado de calibração nº: 400.00393/22 de 21/07/2022 com validade até 21/07/2023 ✓ CERTIFICADOR: CNCiso Com. de Instrum. de precisão Ltda. ✓ Inclinômetro Digital nº de série 366846. ✓ Certificado de calibração nº 14647/2022C de 21/07/2022 com validade até 21/07/2023	

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO					
Ensaio 1: Velocidade					
Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software	Medido pelo tacômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	2,5 Km/h	2,4 Km/h	0,1	± 0.125	Aprovado
2	8,0 Km/h	8,04Km/h	0,04	± 0.4	Aprovado
3	16,0 Km/h	16,01 Km/h	0,01	± 0.64	Aprovado

Ensaio 2: Inclinação					
Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software	Medido pelo Inclinômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	10%	9,98 %	0,02	± 0,5 %	Aprovado
2	15%	14,94 %	0,06	± 0,75 %	Aprovado
3	20%	19,6 %	0,4	± 1,0 %	Aprovado

Conclusão do Ensaio: O equipamento foi considerado APROVADO após os testes realizados.					
--	--	--	--	--	--

Técnico Executor			Técnico Responsável		

CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA. 01238-010 - Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis - São Paulo - SP Telefone (011) 2609-7848 - www.cardioequipo.com.br					
--	--	--	--	--	--