



CERTIFICADO DE AFERIÇÃO

Nº: 21

Tipo de serviço		Próxima Calibração	Serviço		
Calibração	x	14/07/2023 ATÉ 14/07/2024	Int.	Ext.	x

CLIENTE: CURA-CENTRO DE ULTRAS.E RADIOLOGIA S.A.					
ENDEREÇO: AV PAVÃO-ATÉ 409/410 Nº322		CEP: 4516010	CIDADE: SÃO PAULO		SP
CNPJ/CPF: 50.252.998/0005-13	FONE: ...	EMAIL:nf@cura.com.br		BAIRRO:MOEMA	

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO: ESTEIRA DE ERGOMETRIA		
Marca: INBRAMED	Modelo: INBRASPORT	Nº. de Série: 29361296

PADRÕES UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO:	
✓ Tacômetro Digital marca Instrutherm mod. TD-806 Nº de série 994892172. ✓ Certificado de calibração nº: 400.00393/22 de 21/07/2022 com validade até 21/07/2023 ✓ CERTIFICADOR: CNCiso Com. de Instrum. de precisão Ltda. ✓ Inclinômetro Digital nº de série 366846. ✓ Certificado de calibração nº 14647/2022C de 21/07/2022 com validade ate 21/07/2023	

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO					
Ensaio 1: Velocidade					
Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software	Medido pelo tacômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	2,5 Km/h	2,4 Km/h	0,1	± 0.125	APROVADO
2	8,0 Km/h	7,8 Km/h	0,2	± 0.4	APROVADO
3	16,0 Km/h	15,5 Km/h	0,5	± 0.64	APROVADO

Ensaio 2: Inclinação					
Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software	Medido pelo Inclinômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	10%	9,6 %	0,4	± 0,5 %	APROVADO
2	15%	14,9 %	0,1	± 0,75 %	APROVADO
3	20%	19,7 %	0,3	± 1,0 %	APROVADO

Conclusão do Ensaio: O equipamento foi considerado APROVADO após os testes realizados.					
---	--	--	--	--	--

TÉCNICO EXECUTOR:	Técnico Responsável
-------------------	---------------------

CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA. 01238-010 - Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis - São Paulo - SP Telefone (011) 2609-7848 - www.cardioequipo.com.br	
--	--