



CERTIFICADO DE AFERIÇÃO

Nº: OS 7

Tipo de serviço		Próxima Calibração	Serviço		
Calibração	x	07/07/2023 ATÉ 07/07/2024	Int.	Ext.	x

CLIENTE: CARDIO MEDIC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI					
ENDEREÇO: RUA MONTE SERRAT, 1395		CEP: 03312001	BAIRRO: TATUAPÉ	CIDADE: SÃO PAULO	SP
CNPJ/CPF: 27.300.159/0001-88		FONE: (11) 2729-7077		EMAIL: tricordis.adm@hotmail.com	

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO: ESTEIRA DE ERGOMETRIA		
Marca: MICROMED	Modelo: CENTURION 300	Nº. de Série: 1445779

PADRÕES UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO:	
✓ Tacômetro Digital marca Instrutherm mod. TD-806 Nº de série 994892172. ✓ Certificado de calibração nº: 400.00393/22 de 21/07/2022 com validade até 21/07/2023 ✓ CERTIFICADOR: CNCiso Com. de Instrum. de precisão Ltda. ✓ Inclinômetro Digital nº de série 366846. ✓ Certificado de calibração nº 14647/2022C de 21/07/2022 com validade até 21/07/2023	

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO					
Ensaio 1: Velocidade					
Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software	Medido pelo tacômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	2,5 Km/h	2,5 Km/h	0	± 0.125	APROVADO
2	8,0 Km/h	8,01 Km/h	0,01	± 0.4	APROVADO
3	16,0 Km/h	16,0 Km/h	0	± 0.64	APROVADO

Ensaio 2: Inclinação					
Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software	Medido pelo Inclinômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	10%	10,05 %	0,05	± 0,5 %	APROVADO
2	15%	15 %	0	± 0,75 %	APROVADO
3	20%	20 %	0	± 1,0 %	APROVADO

Conclusão do Ensaio: Equipamento considerado <u>APROVADO</u> após testes realizados.	
--	--

Técnico Executor:	Técnico Responsável:
-------------------	----------------------

CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA. 01238-010 - Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis - São Paulo - SP Telefone (011) 2609-7848 - www.cardioequipo.com.br	
--	--