

CERTIFICADO DE AFERIÇÃO



Nº: 51

Tipo de serviço		Próxima Calibração	Serviço		
Calibração	x	01/08/2023 ATÉ 01/08/2024	Int.	Ext.	x

CLIENTE: J N LAB.ULTRASSON EXAME CARD.SC LTDA					
ENDEREÇO: PRAÇA AMADEU AMARAL N27º		BAIRRO:BELA VISTA	CEP: 1327010	CIDADE: SAO	SP
CNPJ/CPF: 59.832.709/0001-04		FONE: (11)3251-0344	CONTATO:...	EMAIL:sonimed@sonimed.com.br	

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO: ESTEIRA DE ERGOMETRIA		
Marca: INBRAMED	Modelo: INBRASPORT	Nº. de Série: N/C

PADRÕES UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO:
✓ Tacômetro Digital marca Instrutherm mod. TD-806 Nº de série 994892172.
✓ Certificado de calibração nº: 400.17987/23 de 25/07/2023 com validade até 25/07/2024
✓ CERTIFICADOR: CNCiso Com. de Instrum. de precisão Ltda.
✓ Inclinômetro Digital nº de série 366846.
✓ Certificado de calibração nº 400.17991/23 de 25/07/2023 com validade até 25/07/2024

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO

Ensaio 1: Velocidade					
Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software	Medido pelo tacômetro	Erro de exatidão	Tolerância (± 5%)	Situação
1	2,5 Km/h	2,3 km/h	0,2	± 0.125	APROVADO
2	8,0 Km/h	7,8 km/h	0,2	± 0.4	APROVADO
3	12,0 Km/h	11.5 km/h	0,5	± 0.64	APROVADO

Ensaio 2: Inclinação					
Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software	Medido pelo Inclinômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	10%	9,8	0,2 %	± 0,5 %	APROVADO
2	15%	14,6	0,4 %	± 0,75 %	APROVADO
3	20%	19,7	0,3%	± 1,0 %	APROVADO

Conclusão do Ensaio:

Técnico Executor	Técnico Responsável
------------------	---------------------

<p>CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA. 01238-010 - Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis - São Paulo - SP Telefone (011) 2609-7848 - www.cardioequipo.com.br</p>
--