



CERTIFICADO DE AFERIÇÃO

Nº: 106

Tipo de serviço		Próxima Calibração		Serviço		
Calibração	x	04/09/2023 ATÉ 04/09/2024		Int.	Ext.	x

CLIENTE: HEMES PARDINI S/A					
ENDEREÇO: RUA DOMINGOS DE MORAIS Nº2422		BAIRRO: VILA MARIANA	CEP: 04036000	CIDADE: SÃO PAULO	SP
CNPJ/CPF: 19.378.769/0224-98		FONE: (11)91376-1091	CONTATO:...	EMAIL:ancelmo.santos@grupopardini.com.br	

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO: ESTEIRA DE ERGOMETRIA		
Marca: MICROMED	Modelo: CENTURION 300	Nº. de Série: 2293409

PADRÕES UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO:	
✓ Tacômetro Digital marca Instrutherm mod. TD-806 Nº de série 994892172.	
✓ Certificado de calibração nº: 400.17987/23 de 25/07/2023 com validade até 25/07/2024	
✓ CERTIFICADOR: CNCiso Com. de Instrum. de precisão Ltda.	
✓ Inclinômetro Digital nº de série 366846.	
✓ Certificado de calibração nº 400.17991/23 de 25/07/2023 com validade até 25/07/2024	

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO					
Ensaio 1: Velocidade					
Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software	Medido pelo tacômetro	Erro de exatidão	Tolerância (± 5%)	Situação
1	2,5 Km/h	2,4 Km/h	0,1	± 0.125	APROVADO
2	8,0 Km/h	7,8 Km/h	0,2	± 0.4	APROVADO
3	12,0 Km/h	11,8 Km/h	0,2	± 0.64	APROVADO

Ensaio 2: Inclinação					
Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software	Medido pelo Inclinômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	10%	9,5 %	0,5	± 0,5 %	APROVADO
2	15%	14,6 %	0,4	± 0,75 %	APROVADO
3	20%	19,7 %	0,3	± 1,0 %	APROVADO

Conclusão do Ensaio: O equipamento foi considerado APROVADO após os testes realizados.	
---	--

Técnico Executor	Técnico Responsável
------------------	---------------------

CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA. 01238-010 - Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis - São Paulo - SP Telefone (011) 2609-7848 - www.cardioequipo.com.br	
--	--