



CERTIFICADO DE AFERIÇÃO

Nº: 120

Tipo de serviço		Próxima Calibração	Serviço		
Calibração	x	15/09/2023 ATÉ 15/09/2024	Int.	Ext.	x

CLIENTE: HERMES PARDINI S/A-TATUAPÉ					
ENDEREÇO: RUA CANTAGALO Nº74, CJ 01 E 02		BAIRRO: VILA GOMES CARDIM	CEP: 03319000	CIDADE: SÃO PAULO	SP
CNPJ/CPF: 19.378.769/0136-69		FONE: (31)8489-6841	CONTATO: ...	EMAIL: ancelmo.santos@grupopardini.com.br	

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO: ESTEIRA DE ERGOMETRIA		
Marca: INBRAMED	Modelo: MASTER	Nº. de Série: 58040310

PADRÕES UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO:	
✓ Tacômetro Digital marca Instrutherm mod. TD-806 Nº de série 994892172. ✓ Certificado de calibração nº: 400.17987/23 de 25/07/2023 com validade até 25/07/2024 ✓ CERTIFICADOR: CNCiso Com. de Instrum. de precisão Ltda. ✓ Inclínômetro Digital nº de série 366846. ✓ Certificado de calibração nº 400.17991/23 de 25/07/2023 com validade até 25/07/2024	

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO					
Ensaio 1: Velocidade					
Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software	Medido pelo tacômetro	Erro de exatidão	Tolerância (± 5%)	Situação
1	2,5 Km/h	2,4 Km/h	0,1	± 0.125	APROVADO
2	8,0 Km/h	7,7 Km/h	0,3	± 0.4	APROVADO
3	12,0 Km/h	11,8 Km/h	0,2	± 0.64	APROVADO

Ensaio 2: Inclinação					
Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software	Medido pelo Inclínômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	10%	9,9%	0,1	± 0,5 %	APROVADO
2	15%	14,8%	0,2	± 0,75 %	APROVADO
3	20%	19,9%	0,1	± 1,0 %	APROVADO

Conclusão do Ensaio: O equipamento foi considerado APROVADO após os testes realizados.	
---	--

Técnico Executor	Técnico Responsável

CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA. 01238-010 - Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis - São Paulo - SP Telefone (011) 2609-7848 - www.cardioequipo.com.br	
--	--