



# CERTIFICADO DE AFERIÇÃO

Nº: 120

| Tipo de serviço |   | Próxima Calibração        |  | Serviço |      |   |
|-----------------|---|---------------------------|--|---------|------|---|
| Calibração      | x | 15/09/2023 ATÉ 15/09/2024 |  | Int.    | Ext. | x |

|                                          |  |                           |               |                                           |    |
|------------------------------------------|--|---------------------------|---------------|-------------------------------------------|----|
| CLIENTE: HERMES PARDINI S/A-TATUAPÉ      |  |                           |               |                                           |    |
| ENDEREÇO: RUA CANTAGALO Nº74, CJ 01 E 02 |  | BAIRRO: VILA GOMES CARDIM | CEP: 03319000 | CIDADE: SÃO PAULO                         | SP |
| CNPJ/CPF: 19.378.769/0136-69             |  | FONE: (31)8489-6841       | CONTATO: ...  | EMAIL: ancelmo.santos@grupopardini.com.br |    |

| EQUIPAMENTO SOB ENSAIO: ESTEIRA DE ERGOMETRIA |                |                       |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Marca: INBRAMED                               | Modelo: MASTER | Nº. de Série: 5106905 |

| PADRÕES UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Tacômetro Digital marca Instrutherm mod. TD-806 Nº de série 994892172.</li><li>✓ Certificado de calibração nº: 400.17987/23 de 25/07/2023 com validade até 25/07/2024</li><li>✓ CERTIFICADOR: CNCiso Com. de Instrum. de precisão Ltda.</li><li>✓ Inclínômetro Digital nº de série 366846.</li><li>✓ Certificado de calibração nº 400.17991/23 de 25/07/2023 com validade até 25/07/2024</li></ul> |  |

| ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO |                         |                       |                  |                    |          |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------|
| Ensaio 1: Velocidade                           |                         |                       |                  |                    |          |
| Níveis de Velocidade                           | Comandado pelo Software | Medido pelo tacômetro | Erro de exatidão | Tolerância ( ± 5%) | Situação |
| 1                                              | 2,5 Km/h                | 2,5 Km/h              | 0,0              | ± 0.125            | APROVADO |
| 2                                              | 8,0 Km/h                | 8,0 Km/h              | 0,0              | ± 0.4              | APROVADO |
| 3                                              | 12,0 Km/h               | 12,0 Km/h             | 0,0              | ± 0.64             | APROVADO |

| Ensaio 2: Inclinação |                         |                          |                   |                    |          |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Níveis de Inclinação | Comandado pelo Software | Medido pelo Inclínômetro | Desvio Encontrado | Tolerância ( ± 5%) | Situação |
| 1                    | 10%                     | 9,8 %                    | 0,2               | ± 0,5 %            | APROVADO |
| 2                    | 15%                     | 14,8 %                   | 0,2               | ± 0,75 %           | APROVADO |
| 3                    | 20%                     | 19,9%                    | 0,1               | ± 1,0 %            | APROVADO |

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Conclusão do Ensaio: O equipamento foi considerado <b>APROVADO</b> após os testes realizados. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Técnico Executor | Técnico Responsável |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |

|                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA.<br>01238-010 - Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis - São Paulo - SP<br>Telefone (011) 2609-7848 - www.cardioequipo.com.br |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|