



CARDIOEQUIPO Eletromedicina Comercial Ltda
Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis, São Paulo - SP, 01238-010 Fone:(11)2609-2848
www.cardioequipo.com.br - cardioequipo@cardioequipo.com.br
CNPJ: 47.577.523/0001-69

Certificado de Funcionamento	Nº : 154
-------------------------------------	-----------------

1. Contratante: CASA DOS VELHOS IRMÃ ALICE	CPF/CNPJ: 49.070.097/0001-06
Endereço: ROD PRESIDENTE DUTRA- DO KM 206,003 AO KM	

2. Equipamento sob ensaio:	Desfibrilador Ext. Aut.	Nº de série :	11C00325942
Marca:	HeartSine	Modelo:	SAMARITAN
		Tipo :	N/A

3. Metodo Utilizado:
Conforme solicitado, nosso laboratório realizou os testes no equipamento acima onde foram realizados três medições.

4. Padrão Utilizado:					
Padrão:	ANALISADOR DE DESFIBRILADOR	Marca:	Bio-Tek	Modelo : QED-6	Nº de série : 147730
Certificado Nº:	400.17986/23	Data :	25/07/2023		Proxima Calibração: 25/07/2024
Certificador :	Universo Calibração		CNPJ : 34.355.017/0001-83		
Padrão:	Termo - Higrômetro	Marca:	N/C	Modelo : INS-1301	Nº de série : N/C
Certificado Nº:	400.17965/23	Data :	17/07/2023		Próxima Calibração: 17/07/2024
Certificador :	Universo Calibração		CNPJ : 34.355.017/0001-83		

6.Resultados da verificação de descargas.					
Item	Unidade	Referência	Leitura 1	Leitura 2	Leitura 3
1	Joule	N/A	143,7	140,8	139,9

7. Teste de Software	
Realizado teste com software Saver EVO do fabricante HeartSine com os seguintes resultados:	
Item	Situação
LED - "PADs", "Posicionamento dos PADs", "Tecla Shock", "Não se Aproxime" e "RCP"	Aprovado
Bíbe Audível	Aprovado
Operação das teclas Shock e On/Off	Aprovado

8. Condições Ambientais Iniciais:		Condições Ambientais Finais:	
Temperatura °C : 23,1	Umidade Relativa (%) : 33	Temperatura °C : 22,8	Umidade Relativa (%) 33
Data do Ensaio: 27/08/2021		Data de Emissão: 27/08/2021	

Observações Observações:

Relógio do DEA encontrava-se desatualizado e foi sincronizado via software com o horário correto.

Configurações: Volume do alto-falante "alto" / Metrônomo "ativo" / Sequência de Energia "150j, 150j, 200j" / Software 3.2.4

Técnico executor

Técnico responsável