



CERTIFICADO DE AFERIÇÃO

Nº: 260

Tipo de serviço		Próxima Calibração	Serviço		
Calibração	x	19/12/2023 PRÓXIMA 19/12/2024	Int.	Ext.	x

CLIENTE: LARISSA MOURA PARENTI					
ENDEREÇO: AV.CAP.MARIO TOLEDO DE CAMARGO		BAIRRO:CAMPESTRE	CEP: 09080320	CIDADE: SANTO ANDRÉ	SP
CNPJ/CPF: 031.857.206.01		FONE: (11)4454-6115	CONTATO:	EMAIL:parenti.ssa@bol.con.br	

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO: ESTEIRA DE ERGOMETRIA		
Marca: INBRAMED	Modelo: KT 4000	Nº. de Série: 598.09.92

PADRÕES UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO:	
✓ Tacômetro Digital marca Instrutherm mod. TD-806 Nº de série 994892172.	
✓ Certificado de calibração nº: 400.17987/23 de 25/07/2023 com validade até 25/07/2024	
✓ CERTIFICADOR: CNCiso Com. de Instrum. de precisão Ltda.	
✓ Inclínômetro Digital nº de série 366846.	
✓ Certificado de calibração nº 400.17991/23 de 25/07/2023 com validade até 25/07/2024	

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO					
Ensaio 1: Velocidade					
Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software	Medido pelo tacômetro	Erro de exatidão	Tolerância (± 5%)	Situação
1	2,5 Km/h	2,4 Km/h	0.1	± 0.125	APROVADO
2	8,0 Km/h	7,8 Km/h	0.2	± 0.4	APROVADO
3	12,0 Km/h	11,8 Km/h	0.2	± 0.64	APROVADO

Ensaio 2: Inclinação					
Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software	Medido pelo Inclínômetro	Desvio Encontrado	Tolerância (± 5%)	Situação
1	10%	9,8 %	0,2	± 0,5 %	APROVADO
2	15%	14,7 %	0,3	± 0,75 %	APROVADO
3	20%	19,8 %	0,2	± 1,0 %	APROVADO

Conclusão do Ensaio: O equipamento foi considerado APROVADO após os testes realizados.	
--	--

Técnico Executor	Técnico Responsável

CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA. 01238-010 - Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis - São Paulo - SP Telefone (011) 2609-7848 - www.cardioequipo.com.br	
--	--