

Certificado de calibração Nº: 2401221736

Data:22/01/2024	Sugestão para próxima calibração:22/01/2025
Equipamento sob ensaio (ESE) : Monitor Ambulatorial da Pressão Arterial - ABPM-04 - Nº De Serie: 2015/417547	
Solicitante: Luiz Antonio Merege	
CNPJ: 793.583.148-34	

Padrões Utilizados Para Aferição:						
Instrumento	Marca	Modelo	Tipo	Certificado	Validade	Orgão
Analizador de esfigmomanômetro	R&D Mediq	Handy-Press	Nº. Série 12270011	119/2023	21/07/2024	R&D Mediq
Pêra Insufladora c/ válvula regulável	Tycos	Manual	*	*	*	*
Software	Meditech	ABPM Service	Versão 1.2.0.14	*	*	*
Reservatório	*	*	0,5 Litro	*	*	*

* = Não se aplica

Teste de Conexão do Software AService-Meditech com o Equipamento sob ensaio:

OKBP400 Program version : 04.26, 02.12.27 Device clock : 22/01/2024 17:40:56 Serial number : 417547 Batteries : U 5.22 V AD 656	Rubrica do Técnico
--	--------------------

Os testes a seguir são executados automaticamente pelo Software. AService - Meditech.

Parâmetros utilizados pelo Software	Resultados obtidos:	Rubrica do Técnico
Valor da insuflação automática 280mmHg	280mmHg	Walysson
Tempo da insuflação: máx 20segundos	18,2 seg.	Walysson
Tempo de espera: 60 segundos	60 seg	Walysson
Fuga ou perda de pressão durante 60 seg. [máx 5mmHg]	-2,5 mmHg	Walysson
Tempo de esvaziamento: 200 a 150 mmHg [Tempo máx. 1600ms]	691 milisegundos	Walysson
Tempo de esvaziamento: 150 a 100 mmHg [Tempo máx. 1600ms]	937 milisegundos	Walysson
Teste da redução de capacidade da válvula de segurança de 100 a 10 mmHg.[máx 5 sec]	1,2 segundos	Walysson

Operação: Inflar manualmente até:	Esperado no padrão	Indicado no padrão	Diferença Max. Permitida = 3mm	Resultado	Rubrica do Técnico
300 mmHg	Entre 297 a 303	302 mmHg	2 mmHg	302	WALYSSON
200 mmHg	Entre 197 a 203	202 mmHg	2 mmHg	202	WALYSSON
100 mmHg	Entre 97 a 103	102 mmHg	2 mmHg	102	WALYSSON
50 mmHg	Entre 47 a 53	50 mmHg	0 mmHg	50	WALYSSON

Conclusão do Ensaio:

O equipamento respondeu dentro dos limites da normalidade a todos os testes de acordo com as especificações do fabricante.