

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ESTEIRA ERGOMÉTRICANº **2403111110**

Data :	11/03/2024	Hora:	11:10	Sugestão próximo ensaio :	11/03/2025
--------	------------	-------	-------	---------------------------	------------

Contratada:	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.	CNPJ:	47.577.523/0001-69
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecilia - S.Paulo / SP	Insc.Est.:	110.554.143.117
Temperatura ambiente:	28.3 °C	Humidade relativa do ar:	45 %

Contratante:	Cardio Medic ServiçoS LTDA	Contato :		Telef.:	(11)2729-7077
Endereço:	AV Angélica nº1045	CEP:	01227-100	Cid./UF:	São Paulo SP
CPF/CNPJ:	27.300.159/0001-88	E-mail :	tricords.adm@hotmail.com		

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equipamento:	Esteira Egométrica	Marca:	Micromed	Modelo:	Centurion 200		
Nº Série:	N/C	Patrimônio:		Classe:	I	Tipo:	BF

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :

Tacômetro digital					
Marca:	Instrutherm	Modelo:	TD-806	Nº Serie:	994892172
Certificado de calibração Nº:	400.17987/23	Data:	25/07/2023	Validade:	24/07/2024
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					
Inclinômetro					
Marca:	N/A	Modelo:	Digital	Nº Serie:	366846
Certificado de calibração nº:	400.17991/23	Data:	25/07/2023	Validade:	24/07/2024
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE

Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software Km/h	Medido pelo tacômetro Km/h	Erro de Exatidão	Tolerância (± 10%)		Situação
				Mínimo	Máximo	
1	2,5	2,7	0,2	2,25	2,75	Aprovado
2	8	8,8	0,8	7,2	8,8	Aprovado
3	12	13,2	1,2	10,8	13,2	Aprovado

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE INCLINAÇÃO

Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software (%)	Medido pelo Inclinômetro	Desvio encontrado	Tolerância (± 10%)		Situação
				Mínimo	Máximo	
1	10	11	1	9	11	Aprovado
2	15	16	1	13,5	16,5	Aprovado

O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.

Técnico executor

Wallisson Mota - CPF: 067.568.713-66

Técnico responsável

Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176