

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ESTEIRA ERGOMÉTRICA

Nº

2403071740

Data :	07/03/2024	Hora:	17:40	Sugestão próximo ensaio :	07/03/2025
Contratada:	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.			CNPJ:	47.577.523/0001-69
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecilia - S.Paulo / SP			Insc.Est.:	110.554.143.117
Temperatura ambiente:	27,7 °C			Humidade relativa do ar:	57 %
Contratante:	Rede Medicina e Segurança do Trabalho			Contato :	Telef.:(11)98917-6170
Endereço:	R Elisabetta Lips nº225			CEP: 6763190	Cid./UF: Taboão da Serra SP
CPF/CNPJ:	29.713.801/0001-86			E-mail :	aline@rmedicina.com.br

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equipamento:	Esteira Ergométrica	Marca:	Inbramed	Modelo:	Classic I
Nº Série:	49540205	Patrimônio:		Classe:	I
				Tipo:	BF

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :

Tacômetro digital					
Marca:	Instrutherm	Modelo:	TD-806	Nº Serie:	994892172
Certificado de calibração Nº:		400.17987/23		Data:	25/07/2023
				Validade:	24/07/2024
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					
Inclinômetro					
Marca:	N/A	Modelo:	Digital	Nº Serie:	366846
Certificado de calibração nº:		400.17991/23		Data:	25/07/2023
				Validade:	24/07/2024
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE

Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software Km/h	Medido pelo tacômetro Km/h	Erro de Exatidão	Tolerância (± 10%)		Situação
				Mínimo	Máximo	
1	2,5	2,7	0,2	2,25	2,75	Aprovado
2	8	8,8	0,8	7,2	8,8	Aprovado
3	12	13,2	1,2	10,8	13,2	Aprovado

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE INCLINAÇÃO

Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software (%)	Medido pelo Inclinômetro	Desvio encontrado	Tolerância (± 10%)		Situação
1	10	11	1	9	11	Aprovado
2	15	16	1	13,5	16,5	Aprovado

O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.

Técnico executor

Wallisson Mota - CPF: 067.568.713-66

Técnico responsável

Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176