

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ESTEIRA ERGOMÉTRICA

Nº

2404081530

Data :	08/04/2024	Hora:	15:45	Sugestão próximo ensaio :	08/04/2025
Contratada:	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.			CNPJ:	47.577.523/0001-69
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecilia - S.Paulo / SP			Insc.Est.:	110.554.143.117
Temperatura ambiente:	27.7 °C			Humidade relativa do ar:	57 %
Contratante:	Cardioclin Serviços Medicos Ltda			Contato :	Telef.:(11)97150-2624
Endereço:	R Delphino Alves Gregorio nº754			CEP: 8773520	Cid./UF: Mogi das Cruzes SP
CPF/CNPJ:	02.153.485/0001-89			E-mail :	contato@cardioclinmogi.com.br

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equipamento:	Eletrocardiógrafo	Marca:	Micromed	Modelo:	Ergo PC 13
Nº Série:	1024328	Patrimônio:		Classe:	II
				Tipo:	CF

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :

Tacômetro digital							
Marca:	Instrutherm	Modelo:	TD-806	Nº Serie:	994892172		
Certificado de calibração Nº:		400.17987/23		Data:	25/07/2023		
				Validade:	24/07/2024		
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.							
Inclinômetro							
Marca:	N/A	Modelo:	Digital	Nº Serie:	366846		
Certificado de calibração nº:		400.17991/23		Data:	25/07/2023		
				Validade:	24/07/2024		
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.							

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE

Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software Km/h	Medido pelo tacômetro Km/h	Erro de Exatidão	Tolerância (± 10%)		Situação
				Mínimo	Máximo	
1	2,5	2,5	0	2,25	2,75	Aprovado
2	8	7,9	-0,1	7,2	8,8	Aprovado
3	12	11,9	-0,1	10,8	13,2	Aprovado

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE INCLINAÇÃO

Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software (%)	Medido pelo Inclinômetro	Desvio encontrado	Tolerância (± 10%)		Situação
1	10	9,8	-0,2	9	11	Aprovado
2	15	14,9	-0,1	13,5	16,5	Aprovado

O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.

Técnico executor

Wallisson Mota - CPF: 067.568.713-66

Técnico responsável

Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176