

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ESTEIRA ERGOMÉTRICANº **2404291355**

Data :	29/04/2024	Hora:	13:55	Sugestão próximo ensaio :	29/04/2025
Contratada:	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.			CNPJ:	47.577.523/0001-69
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecilia - S.Paulo / SP			Insc.Est.:	110.554.143.117
Temperatura ambiente:	28,6	°C	Humidade relativa do ar:	34	%
Contratante:	Centro Medico Berrini-Diagnostico s/s LTDA	Contato :		Telef.:	(11)96110-0061
Endereço:	R R Hilario Furlan nº117	CEP:	4571180	Cid./UF:	São Paulo - SP
CPF/CNPJ:	05.095.037/0001-64	E-mail :	maldonado_cmb@hotmail.com		

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)					
Equipamento:	Esteira Ergométrica	Marca:	Micromed	Modelo:	C 300
Nº Série:	1231355	Patrimônio:		Classe:	I
				Tipo:	CF

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :					
Tacômetro digital					
Marca:	Instrutherm	Modelo:	TD-806	Nº Serie:	994892172
Certificado de calibração Nº:	400.17987/23	Data:	25/07/2023	Validade:	24/07/2024
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					
Inclinômetro					
Marca:	N/A	Modelo:	Digital	Nº Serie:	366846
Certificado de calibração nº:	400.17991/23	Data:	25/07/2023	Validade:	24/07/2024
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE

Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software Km/h	Medido pelo tacômetro Km/h	Erro de Exatidão	Tolerância (± 10%)		Situação
				Mínimo	Máximo	
1	2,5	2,4	-0,1	2,25	2,75	Aprovado
2	8	7,9	-0,1	7,2	8,8	Aprovado
3	12	11,9	-0,1	10,8	13,2	Aprovado

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE INCLINAÇÃO

Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software (%)	Medido pelo Inclinômetro	Desvio encontrado	Tolerância (± 10%)		Situação
1	10	9,8	-0,2	9	11	Aprovado
2	15	14,7	-0,3	13,5	16,5	Aprovado

O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.

Técnico executor
Wallisson Mota - CPF: 067.568.713-66Técnico responsável
Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176