

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ESTEIRA ERGOMÉTRICANº **2404191110**

Data :	19/04/2024	Hora:	11:10	Sugestão próximo ensaio :	19/04/2025
Contratada:	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.			CNPJ:	47.577.523/0001-69
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecília - S.Paulo / SP			Insc.Est.:	110.554.143.117
Temperatura ambiente:	24,9 °C		Humidade relativa do ar:	35 %	
Contratante:	Serviço Social da Cont.Civil do Est.SP-Seconci		Contato :	Telef.:(11)3664-5854	
Endereço:	AV Francisco Matarazzo nº74		CEP:	5001000	Cid./UF: São Paulo-SP
CPF/CNPJ:	61.687.356/0001-30		E-mail :	guiherme.martins@seconci-sp.org.br	

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equipamento:	Esteira Ergométrica	Marca:	Inbramed	Modelo:	Inbrasport		
Nº Série:	41350201	Patrimônio:		Classe:	I	Tipo:	CF

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :

Tacômetro digital						
Marca:	Instrutherm	Modelo:	TD-806	Nº Serie:	994892172	
Certificado de calibração nº:	400.17987/23	Data:	25/07/2023	Validade:	24/07/2024	
Certificadora:	Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					
Inclinômetro						
Marca:	N/A	Modelo:	Digital	Nº Serie:	366846	
Certificado de calibração nº:	400.17991/23	Data:	25/07/2023	Validade:	24/07/2024	
Certificadora:	Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE

Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software Km/h	Medido pelo tacômetro Km/h	Erro de Exatidão	Tolerância (± 10%)		Situação
				Mínimo	Máximo	
1	2,5	2,7	0,2	2,25	2,75	Aprovado
2	8	7,9	-0,1	7,2	8,8	Aprovado
3	12	11,8	-0,2	10,8	13,2	Aprovado

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE INCLINAÇÃO

Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software (%)	Medido pelo Inclinômetro	Desvio encontrado	Tolerância (± 10%)		Situação
				Mínimo	Máximo	
1	10	11	1	9	11	Aprovado
2	15	16	1	13,5	16,5	Aprovado

O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.

Técnico executor
Wallisson Mota - CPF: 067.568.713-66

Técnico responsável
Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176