

Data:10/06/2024		Sugestão para próxima calibração:10/06/2025	
Equipamento sob ensaio (ESE) :Monitor Ambulatorial da Pressão Arterial - ABPM-04 - Nº De Serie: 2012/415509			
Solicitante: Carlos Antonio de Carvalho		Email: ...	Rua:PC Francisco Escobar nº201
CPF: 174.651.846-49	Barirrio: Centro	Fone(35) 3722-1791	Cidade/UF: Poços de Caldas MG

Padrões Utilizados Para Aferição:						
Instrumento	Marca	Modelo	Tipo	Certificado	Validade	Orgão
Analizador de esfigmomanômetro	R&D Mediq	Handy-Press	Nº. Série 12270011	119/2023	21/07/2024	R&D Mediq
Pêra Insufladora c/ válvula regulável	Tycos	Manual	*	*	*	*
Software	Meditech	ABPM Service	Versão 1.2.0.14	*	*	*
Reservatório	*	*	0,5 Litro	*	*	*

* = Não se aplica

Teste de Conexão do Software AService-Meditech com o Equipamento sob ensaio:

OKBP400
Program version : 04.26, 02.12.11.
Device clock : 10/06/2024 11:59:11
Serial number : 2012/415509
Batteries : U 5.10 V AD 638

Os testes a seguir são executados automaticamente pelo Software. AService - Meditech.

Parâmetros utilizados pelo Software	Resultados obtidos:
Valor da insuflação automática 280mmHg	280mmHg
Tempo da insuflação: máx 20segundos	18,3 seg.
Tempo de espera: 60 segundos	60 seg
Fuga ou perda de pressão durante 60 seg. [máx 5mmHg]	-1,3 mmHg
Tempo de esvaziamento: 200 a 150 mmHg [Tempo máx. 1600ms]	909 milisegundos
Tempo de esvaziamento: 150 a 100 mmHg [Tempo máx. 1600ms]	1258 milisegundos
Teste da redução de capacidade da válvula de segurança de 100 a 10 mmHg.[máx 5 sec]	1,3 segundos

Operação: Inflar manualmente até:	Esperado no padrão	Indicado no padrão	Diferença Max. Permitida = 3mm	Resultado	Rubrica do Técnico
300 mmHg	Entre 297 a 303	301 mmHg	2 mmHg	302	Walysson
200 mmHg	Entre 197 a 203	201 mmHg	2 mmHg	202	Walysson
100 mmHg	Entre 97 a 103	100 mmHg	2 mmHg	102	Walysson
50 mmHg	Entre 47 a 53	51 mmHg	0 mmHg	50	Walysson

Conclusão do Ensaio:**O equipamento respondeu dentro dos limites da normalidade a todos os testes de acordo com as especificações do fabricante.**

Técnico executor	Técnico responsável
------------------	---------------------

Nome: Walysson da Mota Oliveira

Nome: Thiago Cícero Alves José