

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ESTEIRA ERGOMÉTRICANº **2506241039**

Data :	25/06/2024	Hora:		Sugestão próximo ensaio :	25/06/2025
Contratada:	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.			CNPJ:	47.577.523/0001-69
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecília - S.Paulo / SP			Insc.Est.:	110.554.143.117
Temperatura ambiente:	24.1	°C	Humidade relativa do ar:	53	%
Contratante:	Clínica de Cardiologia Dr Mario Risegato Neto		Contato :		Telef.:(11)2973-2838
Endereço:	Av. Leoncio de Magalhaes, 1328		CEP:	2042001	Cid./UF: São Paulo SP
CPF/CNPJ:	52.629.797/0002-75		E-mail :	tatiane@clinarisegato.com.br	

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equipamento:	Esteira Ergométrica	Marca:	Inbramed	Modelo:	Master		
Nº Série:	7048.12.20	Patrimônio:		Classe:	I	Tipo:	CF

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :

Tacômetro digital						
Marca:	Instrutherm	Modelo:	TD-806	Nº Serie:	994892172	
Certificado de calibração Nº:	400.17987/23	Data:	25/07/2023	Validade:	24/07/2024	
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.						
Inclinômetro						
Marca:	N/A	Modelo:	Digital	Nº Serie:	366846	
Certificado de calibração nº:	400.17991/23	Data:	25/07/2023	Validade:	24/07/2024	
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.						

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE

Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software Km/h	Medido pelo tacômetro Km/h	Erro de Exatidão	Tolerância (± 10%)		Situação
				Mínimo	Máximo	
1	2,5	2,5	0	2,25	2,75	Aprovado
2	8	8	0	7,2	8,8	Aprovado
3	12	11,9	-0,1	10,8	13,2	Aprovado

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE INCLINAÇÃO

Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software (%)	Medido pelo Inclinômetro	Desvio encontrado	Tolerância (± 10%)		Situação
1	10	9,9	-0,1	9	11	Aprovado
2	15	15	0	13,5	16,5	Aprovado

O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.

Técnico executor

Wallisson Mota - CPF: 067.568.713-66

Técnico responsável

Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176