

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ESTEIRA ERGOMÉTRICANº **2506241022**

Data :	25/06/2024	Hora:		Sugestão próximo ensaio :	25/06/2025
Contratada:	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.			CNPJ:	47.577.523/0001-69
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecilia - S.Paulo / SP			Insc.Est.:	110.554.143.117
Temperatura ambiente:	23.9 °C			Humidade relativa do ar:	53 %
Contratante:	Clinica de Cardiologia Dr Mario Risegato Neto			Contato :	Telef.:(11)2973-2838
Endereço:	Av. Leoncio de Magalhaes, 1328			CEP:	2042001 Cid./UF: São Paulo SP
CPF/CNPJ:	52.629.797/0002-75			E-mail :	tatiane@clinarisegato.com.br

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equipamento:	Esteira Ergométrica	Marca:	Inbramed	Modelo:	KT 10200
Nº Série:	2671.02.96	Patrimônio:		Classe:	I Tipo: CF

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :

Tacômetro digital					
Marca: Instrutherm		Modelo: TD-806		Nº Serie: 994892172	
Certificado de calibração Nº: 400.17987/23			Data: 25/07/2023		Validade: 24/07/2024
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					
Inclinômetro					
Marca: N/A		Modelo: Digital		Nº Serie: 366846	
Certificado de calibração nº: 400.17991/23			Data: 25/07/2023		Validade: 24/07/2024
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE

Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software Km/h	Medido pelo tacômetro Km/h	Erro de Exatidão	Tolerância (± 10%)		Situação
				Mínimo	Máximo	
1	2,5	2,6	0,1	2,25	2,75	Aprovado
2	8	8,1	0,1	7,2	8,8	Aprovado
3	12	12,2	0,2	10,8	13,2	Aprovado

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE INCLINAÇÃO

Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software (%)	Medido pelo Inclinômetro	Desvio encontrado	Tolerância (± 10%)		Situação
1	10	10	0	9	11	Aprovado
2	15	15	0	13,5	16,5	Aprovado

O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.

Técnico executor
Wallisson Mota - CPF: 067.568.713-66

Técnico responsável
Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176