

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ESTEIRA ERGOMÉTRICANº **240828661**

Data :	28/08/2024	Hora:		Sugestão próximo ensaio :	28/08/2025
Contratada:	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.			CNPJ:	47.577.523/0001-69
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecilia - S.Paulo / SP			Insc.Est.:	110.554.143.117
Temperatura ambiente:	23	°C	Humidade relativa do ar:	53	%
Contratante:	Central de Cardiologia- Cardiocity			Contato :	Telef.:(11) 2440-5590
Endereço:	Rua Luiz Turri, 86			CEP: 07095-060	Cid./UF: Guarulhos
CPF/CNPJ:	07.883.910/0001-09			E-mail :	

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equipamento:	Enteira ergometria	Marca:	Inbramed	Modelo:	Classic
Nº Série:		Patrimônio:		Classe:	I
				Tipo:	CF

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :

Tacômetro digital					
Marca: Instrutherm		Modelo: TD-806		Nº Serie: 994892172	
Certificado de calibração Nº: 400.18095/24			Data: 23/07/2024		Validade: 23/07/2025
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					
Inclinômetro					
Marca: N/A		Modelo: Digital		Nº Serie: 366846	
Certificado de calibração nº: 400.18091/24			Data: 23/07/2024		Validade: 23/07/2025
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE

Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software Km/h	Medido pelo tacômetro Km/h	Erro de Exatidão	Tolerância (± 10%)		Situação
				Mínimo	Máximo	
1	2,5	2,7	0,2	2,25	2,75	Aprovado
2	8	8,8	0,8	7,2	8,8	Aprovado
3	12	13,2	1,2	10,8	13,2	Aprovado

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE INCLINAÇÃO

Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software (%)	Medido pelo Inclinômetro	Desvio encontrado	Tolerância (± 10%)		Situação
1	10	11	1	9	11	Aprovado
2	15	16	1	13,5	16,5	Aprovado

O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.

Técnico executor

Thiago Ferreira-CPF: 001.136.812-83

Técnico responsável

Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176