

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ESTEIRA ERGOMÉTRICA

Nº

240827649

Data :	27/08/2024	Hora:		Sugestão próximo ensaio :	27/08/2025
Contratada:	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.			CNPJ:	47.577.523/0001-69
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecilia - S.Paulo / SP			Insc.Est.:	110.554.143.117
Temperatura ambiente:	27,1 °C			Humidade relativa do ar:	23 %
Contratante:	SINDICATO DOS COMERC. DE SÃO PAULO			Contato :	Telef.: 11-2142-3373
Endereço:	RUA DR.DIOGO DE FARIA, 967			CEP:	1049000 Cid./UF: São Paulo
CPF/CNPJ:	60.989.944/0001-65			E-mail :	rafael_amb@comerciarior.org.br

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equipamento:	Esteira ergométrica	Marca:	Micromed	Modelo:	C 300
Nº Série:	1124099	Patrimônio:		Classe:	I
				Tipo:	CF

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :

Tacômetro digital					
Marca:	Instrutherm	Modelo:	TD-806	Nº Serie:	994892172
Certificado de calibração Nº:		400.18095/24		Data:	23/07/2024
				Validade:	23/07/2025
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					
Inclinômetro					
Marca:	N/A	Modelo:	Digital	Nº Serie:	366846
Certificado de calibração nº:		400.18091/24		Data:	23/07/2024
				Validade:	23/07/2025
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE

Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software Km/h	Medido pelo tacômetro Km/h	Erro de Exatidão	Tolerância (± 10%)		Situação
				Mínimo	Máximo	
1	2,5	2,5	0	2,25	2,75	Aprovado
2	8	8	0	7,2	8,8	Aprovado
3	12	12,1	0,1	10,8	13,2	Aprovado

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE INCLINAÇÃO

Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software (%)	Medido pelo Inclinômetro	Desvio encontrado	Tolerância (± 10%)		Situação
1	10	10	0	9	11	Aprovado
2	15	14,9	-0,1	13,5	16,5	Aprovado

O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.

Técnico executor

Thiago Ferreira-CPF: 001.136.812-83

Técnico responsável

Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176