

**CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - DESFIBRILADOR**Nº **2408221532**

Data : 22/08/2024

Hora: 15:32

Sugestão próximo ensaio : 22/08/25

Local do ensaio:

Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.

Temperatura ambiente: 26,3 °C

Humidade relativa do ar: 27 %

Cliente Cardio Medic Serviços Médicos Ltda.

Contato :

Telef.: 11-2729-7077

CPF/CNPJ: 27.300.159/0001-88

E-mail : tricordis.adm@hotmail.com**EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)**

Equipamento: Desfibrilador	Marca:	Emai	Modelo:	DX10 PLUS
Nº Série: 10EQ00550	Patrimônio	Classe: I	Tipo: CF	

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :

Analisador de desfibrilador - Jaulimetro

Marca: BioTek

Modelo: QUED-6

Nº Serie: 147730

Certificado de calibração Nº: **400.18090/24**Data: **23/07/2024**Validade: **23/07/2025**

Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.

Termo Higrômetro

Marca: Minipa

Modelo: MT-242

Nº Serie: 09Q67

Certificado de calibração nº: **400.18090/24**Data: **23/07/2024**Validade: **23/07/2025**

Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.

GRANDEZAS AFERIDAS	Nominal	Medido (Média)	Desvio					Situação
Energia Entregue Joules	50	46,6	-3,4					Aprovado
Energia Entregue Joules	100	97,9	-2,1					Aprovado
Energia Entregue Joules	200	196,3	-3,7					Aprovado
Energia Entregue Joules	360	330,2	-29,8					Aprovado
Tempo máximo de carga para 200J (segundos)	10	6	4					Aprovado
Tempo máximo de disparo em sincronismo após onda "R" (milissegundos)	60	60	0					Aprovado
Tensão Volts p/ 200J (V)	2000	2039						
Corrente Amperes p/200J(A)	15	16						

O Equipamento sob ensaio foi considerado : Aprovado em todas as medidas

Técnico executor Walysson Mota	CPF 067.568.713-66	Assinatura
Responsável Técnico Thiago Cícero Alves José	CREA 2619083176	Assinatura