

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ESTEIRA ERGOMÉTRICA

Nº 24090211:20

Data :	02/09/2024	Hora:	11:20	Sugestão próximo ensaio :	02/09/2025
--------	------------	-------	-------	---------------------------	------------

Contratada:	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.	CNPJ:	47.577.523/0001-69
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecília - S.Paulo / SP	Insc.Est.:	110.554.143.117
Temperatura ambiente:	25,9 °C	Humidade relativa do ar:	45 %

Contratante:	Cardio ser cardiologia saúde sport e reabilitaçã	Contato :		Telef.:	(11)5090-1330
Endereço:	Av. Santo Amaro n º 3330	CEP:	4556300	Cid./UF:	São Paulo - SP
CPF/CNPJ:	06.208.807/0001-09	E-mail :	cleide@cardioser.com		

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equipamento:	Esteira Ergométrica	Marca:	Inbramed	Modelo:	ATL
Nº Série:	5703.07.09	Patrimônio:		Classe:	I
				Tipo:	CF

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :

Tacômetro digital					
Marca:	Instrutherm	Modelo:	TD-806	Nº Serie:	994892172
Certificado de calibração Nº:		400.18095/24		Data:	23/07/2024
				Validade:	23/07/2025
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					
Inclinômetro					
Marca:	N/A	Modelo:	Digital	Nº Serie:	366846
Certificado de calibração nº:		400.18091/24		Data:	23/07/2024
				Validade:	23/07/2025
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE

Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software Km/h	Medido pelo tacômetro Km/h	Erro de Exatidão	Tolerância (± 10%)		Situação
				Mínimo	Máximo	
1	2,5	2,7	0,2	2,25	2,75	Aprovado
2	8	7,8	-0,2	7,2	8,8	Aprovado
3	12	11,9	-0,1	10,8	13,2	Aprovado

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE INCLINAÇÃO

Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software (%)	Medido pelo Inclinômetro	Desvio encontrado	Tolerância (± 10%)		Situação
1	10	10,1	0,1	9	11	Aprovado
2	15	15,1	0,1	13,5	16,5	Aprovado

O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.

Técnico executor
Walysson Mota 067.568.713-66Técnico responsável
Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176