

Relatório técnico

de ensaio de calibração

do

Mapa ABPM-04 Meditech



CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA.
Rua Dona Veridiana, 111 - Higienópolis - 01238-010 - São Paulo - SP
www.cardioequipo.com.br - Telef.: (11) 2609-7848
CNPJ : 47.577.523/0001-69

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE APARELHO MAPA				Nº	20240917691
Data :	17/09/2024	Hora:	10:50:24	Próxima calibração:	17/09/2025
Contratada:	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.			CNPJ:	47.577.523/0001-69
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecilia / São Paulo			Insc.Est.:	110.554.143.117
Temperatura ambiente:	23 °C			Humidade relativa do ar:	53 %
Contratante:	CEC Serviços Médicos Ltda EPP			Bairro:	Centro
				CEP:	37701-726
Endereço:	Rua Paraíba			Cidade:	Poços de Caldas
				Telef.:	(35) 3722-4463
CPF/CNPJ:	09.630.080/0001-33			E-mail :	giribeiro@gmail.com

Padrões Utilizados Para Aferição:						
Instrumento	Marca	Modelo	Tipo	Certificado	Validade	Orgão
Analizador de esfigmomanômetro	R&D Mediq	Handy-Press	N°.S 12270011	119/2023	21/07/2025	R&D Mediq
Pêra Insufladora c/ válvula regulável	Tycos	Manual	*	*	*	*
Software	Meditech	ABPM Service	Versão 1.2.0.14	*	*	*
Reservatório	*	*	0,5 Litro	*	*	*
 ABPM Service	Teste de Conexão do Software AService-Meditech com o Equipamento sob ensaio:					
OKBP400		Program version : 04.26, 02.12.11			N°S: 2017/419058	
17/09/2024 13:43		Batteries		: U 5.26 V	AD 658	
Os testes a seguir são executados automaticamente pelo Software. AService - Meditech.						
Parâmetros utilizados pelo Software				Resultados obtidos:	Média	Situação
						Aprovado ou Reprovado
Valor da insuflação automática 280mmHg				280	280mmHg	Aprovado
Tempo da insuflação: máx 20segundos				16,9	20s	Aprovado
Tempo de espera: 60 segundos				60	60s	Aprovado
Fuga ou perda de pressão durante 60 seg. [máx 5mmHg]				-3,2	5mmHg	Aprovado
Tempo de esvaziamento: 200 a 150 mmHg [Tempo máx. 1600ms]				700	1600ms	Aprovado
Tempo de esvaziamento: 150 a 100 mmHg [Tempo máx. 1600ms]				932	1600ms	Aprovado
Teste da redução de capacidade da válvula de seg. de 100 a 10 mmHg.[máx 5 sec]				1,1	5mmHg	Aprovado
Operação Inflar manualmente até:	Esperado no padrão	Indicado no padrão	Diferença Max. Permitida = 3mm	Resultado	Situação	
					Aprovado ou Reprovado	
300 mmHg	Entre 297 a 303	301 mmHg	2 mmHg	300	Aprovado	
200 mmHg	Entre 197 a 203	201 mmHg	2 mmHg	202	Aprovado	
100 mmHg	Entre 97 a 103	100 mmHg	2 mmHg	102	Aprovado	
50 mmHg	Entre 47 a 53	51 mmHg	0 mmHg	49	Aprovado	
O equipamento respondeu dentro dos limites da normalidade dos testes de acordo com as especificações do fabricante.						

Assinado de forma digital por Thiago Ferreira da Costa :
001.136.812-83
Dados: 2024.09.17 13:57:23 -03'00'

Técnico executor

Nome: Thiago Ferreira da Costa - CPF: 001.136.812

Assinado de forma digital por Thiago Alves José :
33437389807
Dados: 2024.09.17 13:57:37 -03'00'

Técnico Responsável

Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176



Cardioequipo Eletromedicina

Rua Dona Veridina, 111

11-2609-7848

tecnica@cardioequipo.com.br

Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (M.A.P.A.)

Dados do Paciente

Nome: Thiago Ferreira da Costa

RG:

CPF:

Prontuário:

Sexo: Masculino

Data de Nasc.: 26/06/1998

Idade: 26 anos

Anamnese:

Dados do Exame

Responsável: Usuário Default

CRM:

Data Exame: 17/09/2024

Peso: 70 kg

Altura: 170 cm

IMC: 24,22 kg/m²

Número do Exame: 24

Convênio:

Médico Solicitante:

Indicação Clínica:

Medicamentos em uso:

Observações:

Limites considerados

Período	PAS	PAD
Vigília	135	85
Sono	120	80

Medidas da Pressão Arterial

Nº	Data	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FP	Período	Observação
1	17/09/2024	10:51	116	51	73	65	61	Vigília	EVENTO - Medida manual
2	17/09/2024	11:02	114	62	79	52	58	Vigília	
3	17/09/2024	11:17	123	65	84	58	55	Vigília	
4	17/09/2024	11:32	117	58	78	59	62	Vigília	
5	17/09/2024	11:47	112	58	76	54	58	Vigília	
6	17/09/2024	12:02	121	59	80	62	61	Vigília	
7	17/09/2024	12:17	115	67	83	48	79	Vigília	
8	17/09/2024	12:32	107	59	75	48	79	Vigília	
9	17/09/2024	12:47	97	60	72	37	80	Vigília	
10	17/09/2024	12:49	106	60	75	46	77	Vigília	EVENTO - Medida manual
11	17/09/2024	13:06	117	82	94	35	78	Vigília	EVENTO - Medida manual

Nome: Thiago Ferreira da Costa

Prontuário:

Responsável: Usuário Default

CRM: