

RCE - RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DE ESTEIRA

Nº 241101755

Data :	01/11/2024	Hora:	11:35	Sugestão próximo ensaio :	01/11/2025
Contratada:	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.			CNPJ:	47.577.523/0001-69
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecilia - S.Paulo / SP			Insc.Est.:	110.554.143.117
Temperatura ambiente:		°C		Humidade relativa do ar:	%
Contratante:	Fundação Inst. de M. do A. Dig. e da Nutrição			Contato :	
Endereço:	Rua Borges Lagoa, nº 1450, Vila Mariana			Telef.:	(11) 5080-4133
CPF/CNPJ:	61.062.212/0001-98			CEP:	04038-905
				Cid./UF:	São Paulo-SP
				E-mail :	

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equipamento:	Esteira ergométrica	Marca:	Inbraspot	Modelo:	Classic
Nº Série:	48620205	Patrimônio:		Classe:	I
				Tipo:	CF

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :

Tacômetro digital					
Marca: Instrutherm		Modelo: TD-806		Nº Serie: 994892172	
Certificado de calibração Nº: 400.18095/24			Data: 23/07/2024		Validade: 23/07/2025
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					
Inclinômetro					
Marca: N/A		Modelo: Digital		Nº Serie: 366846	
Certificado de calibração nº: 400.18091/24			Data: 23/07/2024		Validade: 23/07/2025
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE

Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software Km/h	Medido pelo tacômetro Km/h	Erro de Exatidão	Tolerância (± 10%)		Situação
				Mínimo	Máximo	
1	2,5	2,5	0	2,25	2,75	Aprovado
2	8	8	0	7,2	8,8	Aprovado
3	12	11,9	-0,1	10,8	13,2	Aprovado

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE INCLINAÇÃO

Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software (%)	Medido pelo Inclinômetro	Desvio encontrado	Tolerância (± 5%)		Situação
1	10	10	0	9	11	Aprovado
2	20	20	0	18	22	Aprovado

O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.

Técnico executor
Thiago Ferreira- CPF: 00113681283Técnico responsável
Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176