

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ESTEIRA ERGOMÉTRICANº **2410110940**

Data :	11/10/2024	Hora:	9:40	Sugestão próximo ensaio :	11/10/2025	
Contratada:	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.			CNPJ:	47.577.523/0001-69	
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecília - S.Paulo / SP			Insc.Est.:	110.554.143.117	
Temperatura ambiente:	22.5 °C		Humidade relativa do ar:	55 %		
Contratante:	Centro Medico Dra. Lilian Mantzioros		Contato :	(11)3978-0252	Telef.:	(11)3978-0252
Endereço:	Avenida Paula Ferreira nº 1957		CEP:	02915-10	Cid./UF:	São Paulo- SP
CPF/CNPJ:	03.733.454/0001-60		E-mail :	mantzioros@uol.com.br		

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equipamento:	Esteira Ergométrica	Marca:		Modelo:			
Nº Série:	3270891	Patrimônio:		Classe:	I	Tipo:	CF

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :

Tacômetro digital						
Marca:	Instrutherm	Modelo:	TD-806	Nº Serie:	994892172	
Certificado de calibração Nº:	400.18095/24		Data:	23/07/2024	Validade: 23/07/2025	
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.						
Inclinômetro						
Marca:	N/A		Modelo:	Digital	Nº Serie:	366846
Certificado de calibração nº:	400.18091/24		Data:	23/07/2024	Validade: 23/07/2025	
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.						

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE

Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software Km/h	Medido pelo tacômetro Km/h	Erro de Exatidão	Tolerância (± 10%)		Situação
				Mínimo	Máximo	
1	2,5	2,7	0,2	2,25	2,75	Aprovado
2	8	8,8	0,8	7,2	8,8	Aprovado
3	12	13,2	1,2	10,8	13,2	Aprovado

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE INCLINAÇÃO

Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software (%)	Medido pelo Inclinômetro	Desvio encontrado	Tolerância (± 10%)		Situação
1	10	11	1	9	11	Aprovado
2	15	16	1	13,5	16,5	Aprovado

O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.

Técnico executor

Walysson da Mota Oliveira 067.568.713-66

Técnico responsável

Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176