

RCE - RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DE ESTEIRA

Nº 2410300940

Data :	30/10/2024	Hora:	9:40	Sugestão próximo ensaio :	30/10/2025
Contratada:	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.			CNPJ:	47.577.523/0001-69
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecilia - S.Paulo / SP			Insc.Est.:	110.554.143.117
Temperatura ambiente:	25.9 °C			Humidade relativa do ar:	63 %
Contratante:	Biofast Medicina e Saude LTDA			Contato :	Telef.: (11)3372-2623
Endereço:	Rua Eloy Candido Lopes nº381			CEP:	6010130 Cid./UF: São Paulo - SP
CPF/CNPJ:	06.137.183/0001-78			E-mail :	compras@biofast.com.br

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equipamento:	Esteira Ergométrica	Marca:	Inbramed	Modelo:	kt-16
Nº Série:	2006.03.95	Patrimônio:		Classe:	I Tipo: CF

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :

Tacômetro digital					
Marca:	Instrutherm	Modelo:	TD-806	Nº Serie:	994892172
Certificado de calibração Nº:		400.18095/24		Data:	23/07/2024
				Validade:	23/07/2025
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					
Inclinômetro					
Marca:	N/A	Modelo:	Digital	Nº Serie:	366846
Certificado de calibração nº:		400.18091/24		Data:	23/07/2024
				Validade:	23/07/2025
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE

Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software Km/h	Medido pelo tacômetro Km/h	Erro de Exatidão	Tolerância (± 10%)		Situação
				Mínimo	Máximo	
1	2,5	2,4	-0,1	2,25	2,75	Aprovado
2	8	7,8	-0,2	7,2	8,8	Aprovado
3	12	11,9	-0,1	10,8	13,2	Aprovado

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE INCLINAÇÃO

Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software (%)	Medido pelo Inclinômetro	Desvio encontrado	Tolerância (± 5%)		Situação
1	10	9,8	-0,2	9	11	Aprovado
2	20	19,9	-0,1	18	22	Aprovado

O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.

Walysson Mota: Assinado de forma digital por Walysson Mota: 067.568.713-66
067.568.713-66 Dados: 2024.10.29 15:50:31 -03'00'

Técnico executor

Walysson Mota Oliveira 067.568.713.66

Thiago Cicero
Alves José :
33437389807

Assinado de forma digital por
Thiago Cicero Alves José :
33437389807
Dados: 2024.10.29 15:50:48
-03'00'

Técnico responsável

Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

NOME DO CLIENTE: Bifast Medicina e Saúde LTDA		O.S 746	Data: 30/10/2024
*ELETROCARDIOGRAFO MICROMED ERGO PC 13 SERIAL (X) USB () N/S:01370			
Teste do cabo de paciente __OK__ Análise da base de dados __OK__ Configuração do ergo pc __OK__			
Teste da fonte do eletro 9V() 12V(X)			
Observações : Equipamento dentro do padrão esperado pelo fabricante			
ESTEIRA ERGOMÉTRICA MOTOR AC () DC (X) – MARCA INBRAMED () N/S:2006.03.95			
*ANÁLISE DO CONJUNTO DE TRAÇÃO			
Alinhamento do motor __OK__ Ajuste de correia __OK__ fixação de polias __OK__			
Rolamentos __OK__ Forração __OK__ Alinhamento de cilindros __OK__			
Observações Conjunto de Tração dentro do Padrão			
* ANÁLISE DO CONJUNTO DE ELEVAÇÃO			
Tensão 24V __OK__ Ajuste e lubrificação das cremalheiras __OK__ Alinhamento da coroa, pinhão e			
mancais __OK__ Ruído das cremalheiras __OK__ Chaves micro switch __OK__			
Observações : Conjunto de elevação dentro do padrão.			
* ANÁLISE DO CONJUNTO DE ESTICADOR			
Ajuste e centralização da cinta __OK__ Condições da cinta __OK__ Lubrificação __OK__			
Observações: Conjunto do esticador dentro do esperado pelo fabricante.			
* TESTE ELÉTRICA E ELETRONICA			
Display __OK__ teclado __OK__ Velocidade(km/h) __OK__ Elevação (%)__OK__			
Foto sensores __OK__ Sistema de elevação __OK__			
Observações: testes dentro do esperado.			
TESTES PRÁTICOS AC () DC (X)			
Tensão de campo __118__ (VDC) Tensão de rede __220__ V__ (VAC) Consumo sem Carga Velocidade em (8km/h) __4.4__ (A)			
Observações: Testes dentro do esperado do Padrão.			
ACABAMENTO			
Tampa __OK__ Frisos __OK__ Tubo esponjoso __OK__ Caixa de comando __OK__ Adesivos __OK__			
Pegadores __OK__ Parafusos dos pegadores __OK__			
Observações: Acabamento em bom estado de Conservação.			

Técnico: Walysson da Mota Oliveira / DATA : 30/10/2024