

RCE - RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DE ESTEIRANº **241105761**

Data :	05/11/2024	Hora:		Sugestão próximo ensaio :	05/11/2025
Contratada:	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.			CNPJ:	47.577.523/0001-69
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecília - S.Paulo / SP			Insc.Est.:	110.554.143.117
Temperatura ambiente:		°C		Humidade relativa do ar:	%
Contratante:	M&S Serviços Medicos S. Simples		Contato :		Telef.:(11) 4126-3200
Endereço:	Av. Lucas Nogueira Garcez, 929-SBC		CEP:	09750-670	Cid./UF: São Paulo-SP
CPF/CNPJ:	73.701.369/0001-03		E-mail :	jairo.montemor@gmail.com	

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equipamento:	Esteira ergométrica	Marca:	Inbramed	Modelo:	master		
Nº Série:	74801223	Patrimônio:		Classe:	I	Tipo:	CF

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :

Tacômetro digital						
Marca:	Instrutherm	Modelo:	TD-806	Nº Serie:	994892172	
Certificado de calibração Nº:	400.18095/24	Data:	23/07/2024	Validade:	23/07/2025	
Certificadora:	Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					
Inclinômetro						
Marca:	N/A	Modelo:	Digital	Nº Serie:	366846	
Certificado de calibração nº:	400.18091/24	Data:	23/07/2024	Validade:	23/07/2025	
Certificadora:	Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE

Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software Km/h	Medido pelo tacômetro Km/h	Erro de Exatidão	Tolerância (± 10%)		Situação
				Mínimo	Máximo	
1	2,5	2,5	0	2,25	2,75	Aprovado
2	8	8	0	7,2	8,8	Aprovado
3	12	12	0	10,8	13,2	Aprovado

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE INCLINAÇÃO

Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software (%)	Medido pelo Inclinômetro	Desvio encontrado	Tolerância (± 5%)		Situação
1	10	10	0	9	11	Aprovado
2	20	20	0	18	22	Aprovado

O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.

Técnico executor
Thiago Ferreira- CPF: 00113681283

Técnico responsável
Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176