

RCE - RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DE ESTEIRANº **2508041720**

Data :	04/08/2025	Hora:	17:20	Sugestão próximo ensaio :	04/08/2026
Contratada:	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.			CNPJ:	47.577.523/0001-69
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecilia - S.Paulo / SP			Insc.Est.:	110.554.143.117
Temperatura ambiente:	21,6 °C			Humidade relativa do ar:	44 %
Contratante:	Carlos Antonio da Cruz			Contato :	Telef.:(16)99146-8104
Endereço:	Av.Guilhermina Cunha Coelho nº350			CEP:	Cid./UF: Riberão -SP
CPF/CNPJ:	071.360.678-98			E-mail :	cac.65cruz@gmail.com

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equipamento:	Esteira Ergométrica	Marca:	Inbramed	Modelo:	KT 10.200
Nº Série:	27600698	Patrimônio:		Classe:	I
				Tipo:	CF

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :

Tacômetro digital					
Marca: Instrutherm		Modelo: TD 806		Nº Serie: 994892172	
Certificado de calibração Nº: 400.17707/25			Data: 21/07/2025		Validade: 21/07/2026
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					
Inclinômetro					
Marca: N/A		Modelo: Digital		Nº Serie: 366846	
Certificado de calibração nº: 400.18703/25			Data: 21/07/2025		Validade: 21/07/2026
Certificadora: Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE VELOCIDADE

Níveis de Velocidade	Comandado pelo Software Km/h	Medido pelo tacômetro Km/h	Erro de Exatidão	Tolerância (± 10%)		Situação
				Mínimo	Máximo	
1	2,5	2,4	-0,1	2,25	2,75	Aprovado
2	8	7,9	-0,1	7,2	8,8	Aprovado
3	12	11,8	-0,2	10,8	13,2	Aprovado

ENSAIOS DE AFERIÇÃO DE INCLINAÇÃO

Níveis de Inclinação	Comandado pelo Software (%)	Medido pelo Inclinômetro	Desvio encontrado	Tolerância (± 5%)		Situação
1	10	9,8	-0,2	9	11	Aprovado
2	20	19,9	-0,1	18	22	Aprovado

O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.

Técnico executor

Walysson da Mota Oliveira 067.568.713-66

Técnico responsável

Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176